

PHỤ LỤC: DANH SÁCH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO DƯỠNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo giá ngày 20/4/2026 của bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh)

TT	Tên thiết bị	Số lượng	Hiện trạng	Yêu cầu	Ghi chú
1	Máy điện xung Model: STT-500 Seri: 2765 Hãng : Stratek Năm: 2020	1	- Dây giác hút hở - Bơm yếu - Công suất phát chập chờn	- Sửa chữa thay thế dây giác hút kèm cốc hút - Sửa chữa bơm động cơ - Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ, van và thiết bị	
2	Máy điện xung Model: H3000 Seri: 3113 Hãng: Hanil Năm: 2023	1	Hoạt động bình thường	- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	
3	Máy điện xung Model: H3000 Seri: 3115 Hãng: Hanil Năm: 2023	1	Hoạt động bình thường	- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	
4	Máy điện xung Model: EDIT-200D Seri: KMI23113008 Hãng: KMG Năm: 2023	1	Hoạt động bình thường	- Bảo dưỡng vệ sinh toàn bộ thiết bị	

5	Máy điện xung Model: BM 420 Seri: 003038 Hãng: Hanil Năm: 2022	1	Máy cốc cố định điện cực kém, Máy bơm hút yếu	- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế dây kèm cốc hút - Sửa chữa động cơ bơm	
6	Máy điện xung Stratek Model: STT-570 Seri: 0286 Hãng: Stratek Năm: 2019	1	Máy không lên nguồn hệ thống bơm lỗi	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa bo nguồn và bo điều khiển	
7	Máy điện xung Stratek Model: STT-570 Seri:1491 Hãng: Stratek Năm: 2021	1	Hoạt động bình thường	- Bảo dưỡng vệ sinh toàn bộ thiết bị	
8	Máy điện xung Stratek Model: STT-570 Seri: 1035 Hãng: Stratek Năm: 2019	1	Dây giác hút đứt, cốc giác hút kém, hơi không ổn định	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế toàn bộ dây kèm cốc hút - Sửa chữa động cơ kèm các van	
9	Máy điện xung Hanil Model: H3000 Seri: 3117 Hãng: Hanil Năm: 2022	1	Cáp dẫn điện không ổn định, máy kêu to	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa động cơ kèm van - Sửa chữa thay thế toàn bộ dây kèm cốc	
10	Máy siêu âm trị liệu Model:GP200 Seri: 200220602002 Hãng: Goodpl Năm: 2021	1	Máy sử dụng bình thường	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	

11	Máy siêu âm trị liệu Model: GP200 Seri: 200230407005 Hãng: Goodpl Năm: 2023	1	Máy sử dụng bình thường	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
12	Máy siêu âm trị liệu Model: Physioson-Expert Seri:PSE-1728010int Hãng: Physiomed Năm: 2019	1	Đầu phát thạch anh kém, Công suất phát không ổn định, núm xoay chập chờn không nhận, màn hình ố	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa bo mạch công suất - Sửa chữa thay thế đầu phát sóng siêu âm	
13	Máy siêu âm trị liệu Model:GP-200 Seri: 200230407008 Hãng: Goodpl Năm: 2021	1	Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
14	Máy siêu âm trị liệu Model: HS 502 Seri: 003581 Hãng: Hanil Năm: 2023	1	Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
15	Máy siêu âm trị liệu Model: HS 502 Seri: 003582 Hãng: Hanil Năm: 2023	1	Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
16	Giường kéo giãn Model: SST-100 Seri: 0695 Hãng: Stratek Năm: 2011	1	Phím bấm chập chờn, đai lưng rách sòn. Kéo lệch không đúng lực kéo	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa phím - Sửa chữa động cơ kéo và trục kéo do sai cân kéo - Sửa chữa thay thế đai kéo	

17	Máy nén ép trị liệu Model: Q6000 Plus Seri: P60PB22040005 Hãng: Wonjin Mulsan Năm: 2022	1	Bao cuộn lão hoá, bơm kêu to.	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
18	Máy nén ép trị liệu Model: Q2200 Seri: P220B20120015 Hãng: Wonjin Mulsan Năm: 2022	1	Bao nén ép yếu, không có lực bóp	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế bao cuộn - Sửa chữa bơm, van	
19	Máy nén ép trị liệu Model: WHF - 324 Seri: W324b21010161 Hãng: Wonjin Mulsan Năm: 2022	1	Lực bơm kém, bao nén ép yếu	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế bao cuộn - Sửa chữa bơm, van	
20	Máy nén ép trị liệu Model: Q-6000 Seri: P60PB22040002 Hãng: Wonjin Mulsan Năm: 2022	1	Máy kêu to, bao chân và bao tay hỏng	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa động cơ và các van - Sửa chữa thay thế bao cuộn	
21	Máy nén ép trị liệu Model: Q-6000 Seri: P60PB22040003 Hãng: Wonjin Mulsan Năm: 2023	1	Bao chân hỏng	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa, thay thế bao cuộn - Sửa chữa các van từ và nút chức năng	
22	Máy sóng ngắn Model: SW-180 Seri: 176-0014 Hãng: ITO Năm: 2013	1	Khớp nối của tay điện cực cứng khó điều chỉnh, các nút bấm không nhạy. - Cổng suất phát kém	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa các phím chức năng - Sửa chữa căn chỉnh mạch công suất	

23	Máy sóng ngắn Model: DX 500 Seri: 1766 Hãng: PAGANI Năm: 2016	1	- Máy kêu to - Bóng công suất yếu - Công suất phát kém - Đề xuất thay cáp dẫn sóng	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa bóng công suất - Sửa chữa bo công suất - Sửa chữa bộ phận tản nhiệt bóng công suất.	
24	Máy vi sóng Model: HM-801 Seri: J01-3081 Hãng: Hanil Năm: 2020	1	Máy cần bảo dưỡng định kỳ, làm sạch điện dây cáp	- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
25	Máy vi sóng Model: HM-801 Seri: J012810 Hãng: Hanil Năm: 2019	1	Máy cần bảo dưỡng định kỳ, làm sạch điện dây cáp	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
26	Máy kích thích phát âm Model: Multitronic-MT4E Seri: 20002 Hãng: EIE Năm: 2020	1	Cáp kích thích điện đứt, dẫn điện kém và không an toàn	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa các phím chức năng - Sửa chữa thay thế các điện cực	
27	Máy kích thích phát âm Model: VocaSTIM Seri: 1600909 Hãng: Physiomed Năm: 2019	1	Máy không lên nguồn, dây cáp kích thích lỗi	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa bo nguồn - Sửa chữa thay thế dây cáp kích thích - Sửa chữa màn hình hiển thị do chập cháy màn	

28	Máy kích thích phát âm Model: VocaSTIM Seri: 1600609 Hãng: Physiomed Năm: 2019	1	Dây cáp kích thích điện chập chòn	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế dây cáp kích thích	
29	Máy kích thích phát âm Model: VocaSTIM Seri: 1714110gb Hãng: Physiomed Năm: 2017	1	Dây cáp kích thích điện chập chòn	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế dây cáp kích thích	
30	Máy laser nội mạch không xâm lấn Model: LightNeedle Seri: 16508A-06;16172-41 Hãng: Relmers&janssen GmbH Năm: 2016	1	Lỗi 2 dây cáp tín hiệu	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế dây quang	
31	Máy laser Model: DH18 Seri: 8938509867140 Hãng: Viện khoa học và công nghệ -Bộ quốc phòng Năm: 2023	1	Dây cáp hồng	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế dây laser	
32	Máy trường điện tĩnh Model:DOE 2 Seri: 1803307 Hãng: Physiomed electromedizin-AG Năm: 2019	1	Đầu phát chập chòn , phát từ trường kém. Đầu phát điện rộng không phát	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa cuộn từ kèm mạch	

33	Máy điện trường Model: Bios 9000 Seri: 32700312T Hãng: ITO Năm: 1998	1	Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết bị	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
34	Máy điện trường toàn thân Model: MAG-Expert Seri: OE00780214;TBWC-1406208 Hãng: EME sil-ViaDegli abeti 88 Năm: 2016	1	Màn hình lỗi hiển thị	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa thay thế màn hình hiển thị	
35	Máy tập hô hấp Model: PV-300 Seri: P02G20400214 Hãng: Shenzhen Năm: 2022	1	Máy hoạt động bình thường	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị	
36	Máy nhiệt lạnh Model: CRYOS CARD Seri: Cryo-181046 Hãng: New Age Năm: 2019	1	Máy không lên nguồn	'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ thiết bị - Sửa chữa bo mạch nguồn - Sửa chữa mạch điều khiển và pin hệ thống	
Tổng cộng: 36 khoản					

